

**TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:**

**M60 = 1700 L**

**1 lpm → 28.3 horas.**

**2 lpm → 14.2 horas.**

**3 lpm → 9.4 horas.**

**4 lpm → 7.1 horas.**

**5 lpm → 5.7 horas.**

**6 lpm → 4.7 horas.**

**7 lpm → 4.0 horas.**

**8 lpm → 3.5 horas.**

**9 lpm → 3.1 horas.**

**10 lpm → 2.8 horas.**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- **USO:** OXIGENOTERAPIA / OZONOTERAPIA Y MAS.
- **CAPACIDAD DE AGUA:** 10.5 L.
- **PESO DEL BALON:** 10.1 Kg.
- **CAPACIDAD DE O<sub>2</sub>:** 1700 L / 1.7 m<sup>3</sup>.
- **MATERIAL:** ALUMINIO.
- **PRESION DE TRABAJO:** 2216 PSI / 153 BAR.
- **PRESION DE PRUEBA:** 3625 PSI / 250 BAR.
- **MODELO DE VALVULA:** CGA-540.
- **GROSOR DE LA PARED DEL BALON:** 4.9 mm.
- **COLOR DEL BALON:** VERDE.
- **CATEGORIA DE BALON:** MEDIANO.
- **NORMA:** DOT 3AL / CALIFORNIA (USA).
- **NOMBRE COMERCIAL:** BALON DE OXIGENO MEDIANO.