

TIEMPO DE DURACIÓN DEL OXÍGENO:

MD = 425 L

1 lpm → 7.1 horas.

2 lpm → 3.5 horas.

3 lpm → 2.4 horas.

4 lpm → 1.8 horas.

5 lpm → 1.4 horas.

6 lpm → 1.2 horas.

7 lpm → 1.0 horas.

8 lpm → 0.9 horas.

9 lpm → 0.8 horas.

10 lpm → 0.7 horas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **USO: OXIGENOTERAPIA / OZONOTERAPIA Y MAS.**
- **CAPACIDAD DE AGUA: 2.9 L.**
- **PESO DEL BALON: 2.5 Kg.**
- **CAPACIDAD DE O2: 425 L / 0.425 m3.**
- **MATERIAL: ALUMINIO.**
- **PRESION DE TRABAJO: 2215 PSI / 153 BAR.**
- **PRESION DE PRUEBA: 3625 PSI / 250 BAR.**
- **MODELO DE VALVULA: CGA-870.**
- **GROSOR DE LA PARED DEL BALON: 4.9 mm.**
- **COLOR DEL BALON: VERDE.**
- **CATEGORIA DE BALON: PORTATIL.**
- **NORMA: DOT 3AL / CALIFORNIA (USA).**
- **NOMBRE COMERCIAL: BALON DE OXIGENO PORTATIL.**